

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรายการกระบอกฉีดยา(Disposable syringe)

๑. คุณลักษณะทั่วไป

กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (Sterile syringe for single use)

ขนาดบรรจุ ๓ml. ๕ml. ๑๐ml. ๒๐ ml.

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ กระบอกฉีดยามีส่วนประกอบ ๓ ชิ้น

๒.๑.๑ กระบอกฉีดยา (Barrel)

-ทำจาก Polypropylene (medical Grade) ชนิดโปร่งใส สามารถมองเห็นระดับยาในกระบอกฉีดยาและตรวจหาสิ่งแปลกปลอม และฟองอากาศได้ง่าย

-มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน ระบุหน่วยเป็นมิลลิลิตร

-ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรเห็นชัดเจน อ่านง่าย ไม่หลุดลอก

-ที่ปลายกระบอกสูบลม ขอบ หรือมีสัน หรือ มีวงแหวนล็อกก้านฉีดยา (Plunger)หลุดจากกระบอกฉีดยาได้ง่าย

๒.๑.๒ ก้านฉีดยา(Plunger)

-ทำจากสาร Polypropylene (medical grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยา สารละลาย และเลือด

๒.๑.๓ ส่วนปลายก้านฉีดยา ลูกสูบ (Gasket)

-ทำจากสารสังเคราะห์ Thermoplastic Elastomer (medical Grade)

-ลูกสูบ (Gasket) เป็น latex free ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ


๒.๒ การบรรจุและการทำให้ปราศจากเชื้อ


-กระบอกฉีดยาแต่ละชิ้นบรรจุในซองเดี่ยวแบบ peel Apart Blister Pack หรือ blister pack หรือ Blister plastic pack ที่สามารถป้องกันความชื้นได้และเปิดใช้ง่าย


-ระบุ เลขที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ วันหมดอายุ

-การทำให้ปราศจากเชื้อโดย Gamma radiation sterilization หรือ Electron Beam หรือก๊าซ Ethylene oxide

..../๒.


..... (นางสาวพัชรี ยิ้มรัตน์บวร) นายแพทย์เชี่ยวชาญ


..... (นางอรกัญญา พิงสูงเนิน) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


..... (นางสาวสิริกอร์ เข้มเพชร) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒.๓ การรับรองมาตรฐาน

-มิได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือได้
เช่น

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ

ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ ISO ๑๓๔๘๘:๑๙๙๖ (การรับรองมาตรฐานสากล) หรือ

CE MARK (รับรองมาตรฐานจากยุโรป)


๓. เงื่อนไขทั่วไป


๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างกระบอกฉีดยาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาราคา (e-bidding) ขนาดบรรจุ ๓ml, ๕ml, ๑๐ml, ๒๐ ml. จำนวน Size ละ ๑ กล่อง
และทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดแต่ตัวอย่างทั้งสิ้น


๓.๒ สินค้าที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

๓.๓ ผู้ขายจะต้องรับเปลี่ยนสินค้าเมื่อใกล้หมดอายุ หรือเมื่อเกิดเสื่อมสภาพด้วยประการใดๆ

๓.๔ กรณีที่หน่วยราชการทำการสุ่มตัวอย่างสินค้าที่ส่งมอบวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยราชการจะทำ
หนังสือร้องขอตัวอย่าง โดยผู้ขายจะต้องส่งสินค้าเพิ่มอีกตามจำนวนที่หน่วยราชการส่งตรวจ
วิเคราะห์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กรณีที่พบว่า
สินค้าไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาราคาสินค้า
ดังกล่าวของผู้ขาย/ผู้ผลิตครั้งต่อไป


..... (นางสาวพัชรี ยิ้มรัตน์บวร) นายแพทย์เชี่ยวชาญ


..... (นางอรกัญญา พิงสูงเนิน) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


..... (นางสาวสิริกอร์ เข้มเพชร) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ