

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังแบบ Combined ขนาด 23 Gauge

1. ความต้องการ ชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังแบบ Combined ขนาด 23 Gauge
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมผ่าตัดต่อกระจกกับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาจอประสาทตาที่เป็นต่อกระจกร่วมด้วย
3. คุณสมบัติทั่วไป เป็นชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมผ่าตัดต่อกระจกขนาด 23 Gauge สำหรับใช้กับเครื่องผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังที่ปรับความเร็วในการตัดตั้งแต่ 30 - 5,000 รอบต่อนาที
4. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 4.1. ชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังแบบ Combined ขนาด 23 Gauge ในชุดมีส่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้
 - ชุดหัวตัดขนาด 23 Gauge
 - สายนำแสงขนาด 23 Gauge
 - ชุดเปิดแผลและสร้างช่องสำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านลงไปยังตาส่วนหลัง (Entry Side Alignment – ESA) ขนาด 23Gauge
 - จุกปิดช่องแผลที่เยื่อหุ้มลูกตาขาวขนาด 23Gauge (Scleral Plugs)
 - กล่องใส่น้ำทิ้ง (Cassette with Gravity Tube Assembly)
 - สายดูดน้ำทิ้งเส้นที่ 2 (Second Aspiration Line)
 - สายพร้อมเข็มปลายตัดสำหรับให้น้ำผ่าน (Infusion Cannula)
 - ถุงพลาสติกสำหรับคลุมถาด Mayo, หน้าจอเครื่อง และ ตัวรีโมทคอนโทรล
 - ไชริงค์ขนาด 10 ซีซี
 - ตัวปิดกล่องน้ำทิ้ง (Cassette Stopper)
 - ถาดสำหรับรองน้ำสำหรับล้างสายก่อนใช้งาน (Priming)
 - ด้ามต่อหัวตัด (Vitreotomy Cutter Handle Extension)
 - หัวต่อสายแบบปลายเปิดสองทาง (Male Luer Coupler)
 - Irrigation Sleeve จำนวน 2 ชิ้น
 - ตัวขันเข็ม
 - Test Chamber

..... ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
..... ลงชื่อ.....กรรมการ
..... ลงชื่อ.....กรรมการ

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1. เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังที่ปรับความเร็วในการตัดแต่ 30 - 5,000 รอบต่อนาที โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย ไม่ใช่ของเลียนแบบ
- 5.2. ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้หนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- 5.3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.4. เป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- 5.5. สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้ก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน
- 5.6. สินค้าที่ส่งให้หน่วยงานต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 8 เดือน

นางสาว..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
นางสาว..... ลงชื่อ..... กรรมการ
นางสาว..... ลงชื่อ..... กรรมการ




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด 23 Gauge

1. ความต้องการ ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ขนาด 23 Gauge
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังกับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาจอประสาทตา
3. คุณสมบัติทั่วไป เป็นชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด 23 Gauge สำหรับใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังที่ปรับความเร็วในการตัดตั้งแต่ 30 - 5,000 รอบต่อนาที
4. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 4.1. ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด 23 Gauge ในชุดมีส่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้
 - ชุดหัวตัดขนาด 23 Gauge
 - สายนำแสงขนาด 23 Gauge
 - ชุดเปิดแผลและสร้างช่องสำหรับใส่เครื่องมือผ่านลงไปยังตาส่วนหลัง (Entry Side Alignment – ESA) ขนาด 23 Gauge
 - จุกปิดช่องแผลที่เยื่อหุ้มลูกตาขนาด 23 Gauge (Scleral Plugs)
 - กล่องใส่น้ำทิ้ง (Cassette with Gravity Tube Assembly)
 - สายดูดน้ำทิ้งเส้นที่ 2 (Second Aspiration Line)
 - สายพร้อมเข็มปลายตัดสำหรับให้น้ำผ่าน (Infusion Cannula)
 - ถังพลาสติกสำหรับคลุมถาด Mayo, หน้าจอเครื่อง และตัวรีโมทคอนโทรล
 - ไชริงค์ขนาด 10 ซีซี
 - ตัวปิดกล่องน้ำทิ้ง (Cassette Stopper)
 - ถาดสำหรับรองน้ำสำหรับล้างสายก่อนใช้งาน (Priming)
 - ด้ามต่อหัวตัด (Vitreotomy Cutter Handle Extension)
 - หัวต่อสายแบบปลายเปิดสองทาง (Male Luer Couple)

..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
..... ลงชื่อ..... กรรมการ
..... ลงชื่อ..... กรรมการ

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1. เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังที่ปรับความเร็วในการตัดตั้งแต่ 30 - 5,000 รอบต่อนาที โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย ไม่ใช่ของเลียนแบบ
- 5.2. ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้หนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- 5.3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.4. เป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- 5.5. สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้ก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน
- 5.6. สินค้าที่ส่งให้หน่วยงานต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 8 เดือน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังแบบ Combined ขนาด 25 Gauge

1. ความต้องการ ชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังแบบ Combined ขนาด 25 Gauge
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมผ่าตัดต่อกระจกกับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาจอประสาทตาที่เป็นต่อกระจกพร้อมด้วย
3. คุณสมบัติทั่วไป เป็นชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมผ่าตัดต่อกระจกขนาด 25 Gauge สำหรับใช้กับเครื่องผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังที่ปรับความเร็วในการตัดแต่ 30 - 5,000 รอบต่อนาที
4. คุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1. ชุดผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังแบบ Combined ขนาด 25 Gauge ในชุดมีส่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้
 - ชุดหัวตัดขนาด 25 Gauge
 - สายนำแสงขนาด 25 Gauge
 - ชุดเปิด แผล และ สร้างช่องสำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านลงไปยังตาส่วนหลัง (Entry Side Alignment – ESA) ขนาด 25 Gauge
 - จุกปิดช่องแผลที่เยื่อหุ้มลูกตาขาวขนาด 25 Gauge (Scleral Plugs)
 - กล่องใส่น้ำทิ้ง (Cassette with Gravity Tube Assembly)
 - สายดูดน้ำทิ้งเส้นที่ 2 (Second Aspiration Line)
 - สายพร้อมเข็มปลายตัดสำหรับให้น้ำผ่าน (Infusion Cannula)
 - ถังพลาสติกสำหรับคลุมถาด Mayo, หน้าจอเครื่อง และ ตัวรีโมทคอนโทรล
 - ไชริงค์ขนาด 10 ซีซี
 - ตัวปิดกล่องน้ำทิ้ง (Cassette Stopper)
 - ถาดสำหรับรองน้ำสำหรับล้างสายก่อนใช้งาน (Priming)
 - ด้ามต่อหัวตัด (Vitreotomy Cutter Handle Extension)
 - หัวต่อสายแบบปลายเปิดสองทาง (Male Luer Coupler)
 - Irrigation Sleeve จำนวน 2 ชิ้น
 - ตัวขันเข็ม
 - Test Chamber

พ.ร.บ.ฯ ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 พ.ร.บ.ฯ ลงชื่อ..... กรรมการ
 พ.ร.บ.ฯ ลงชื่อ..... กรรมการ

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1. เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำอุ่นลูกตาส่วนหลังที่ปรับความเร็วในการตัดแต่ 30 - 5,000 รอบต่อนาที โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย ไม่ใช่ของเลียนแบบ
- 5.2. ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้หนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- 5.3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.4. เป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- 5.5. สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้ก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน
- 5.6. สินค้าที่ส่งให้หน่วยงานต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 8 เดือน

นางสาว..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
นางสาว..... ลงชื่อ..... กรรมการ
นางสาว..... ลงชื่อ..... กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด 25 Gauge

1. ความต้องการ ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ขนาด 25 Gauge
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังกับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาจอประสาทตา
3. คุณสมบัติทั่วไป เป็นชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด 25 Gauge สำหรับใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังที่ปรับความเร็วในการตัดแต่ 30 - 5,000 รอบต่อนาที
4. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 4.1. ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด 25 Gauge ในชุดมีส่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้
 - ชุดหัวตัดขนาด 25 Gauge
 - สายนำแสงขนาด 25 Gauge
 - ชุดเปิดแผลและสร้างช่องสำหรับใส่เครื่องมือผ่านลงไปยังตาส่วนหลัง (Entry Side Alignment – ESA) ขนาด 25 Gauge
 - จุกปิดช่องแผลที่เยื่อหุ้มลูกตาขาวขนาด 25 Gauge (Scleral Plugs)
 - กล่องใส่น้ำทิ้ง (Cassette with Gravity Tube Assembly)
 - สายดูดน้ำทิ้งเส้นที่ 2 (Second Aspiration Line)
 - สายพร้อมเข็มปลายตัดสำหรับให้น้ำผ่าน (Infusion Cannula)
 - ถังพลาสติกสำหรับคลุมภาค Mayo, หน้าจอเครื่อง และ ตัวรีโมทคอนโทรล
 - ไชริงค์ขนาด 10 ซีซี
 - ตัวปิดกล่องน้ำทิ้ง (Cassette Stopper)
 - ภาคสำหรับรองน้ำสำหรับล้างสายก่อนใช้งาน (Priming)
 - ด้ามต่อหัวตัด (Vitreotomy Cutter Handle Extension)
 - หัวต่อสายแบบปลายเปิดสองทาง (Male Luer Coupler)

นางสาว..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
นาย..... ลงชื่อ..... กรรมการ
นาย..... ลงชื่อ..... กรรมการ

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1. เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำอุ่นลูกตาส่วนหลังที่ปรับความเร็วในการตัดตั้งแต่ 30 - 5,000 รอบต่อนาที โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย ไม่ใช่ของเลียนแบบ
- 5.2. ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้หนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- 5.3. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.4. เป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- 5.5. สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้ก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน
- 5.6. สินค้าที่ส่งให้หน่วยงานต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 8 เดือน

พ.จ.ช.ค. ลงชื่อ.....*ศิริพร*.....ประธานกรรมการ
พ.จ.ช.ค. ลงชื่อ.....*ศิริพร*.....กรรมการ
อนุกรรมการ ลงชื่อ.....*ศิริพร บุณย์*.....กรรมการ