



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์"
ชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(PT) และชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(APTT)
แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์" จำนวน ๒ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายการ ดังนี้

๑. ชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(PT) จำนวน ๕๖,๐๐๐ Test
๒. ชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(APTT) จำนวน ๓๓,๐๐๐ Test

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดบุรีรัมย์
 ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์
- ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
- กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานธุรการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นของสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
- กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ อาคารกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ งานธุรการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๒
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๖๑ ๕๐๐๒ ต่อ ๒๐๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายทรงศักดิ์ มยุระสาคร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ที่ บร ๐๐๓๒.๑๒๐ / วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้พิจารณาคุณลักษณะ

เรียน คณะกรรมการอำนวยการ


ด้วยแผนกจุลทรรศน์วิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดคุณลักษณะของน้ำยา
ตรวจการแข็งตัวของเลือด เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามรับรอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายณรงค์ สังคะรัมย์)


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นายสมชาย	จิตรีไทย	ประธานกรรมการ
นายสุวิทย์	เสนานอก	กรรมการ
นายระพี	พึงบุญ	กรรมการ
นายสมโภชน์	วงศ์เวียง	กรรมการ
นางอาภรณ์	เทพอักษรณรงค์	กรรมการ
นายณรงค์	สังคะรัมย์	กรรมการ
นางสาริกา	บุญทวี	กรรมการ
นายอภิศักดิ์	ทองศรี	กรรมการ




คุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT และ APTT)

1. **ความต้องการ** ชุดน้ำยาสำหรับตรวจการแข็งตัวของเลือด 2 ชนิด
 - 1.1 น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือดชนิด PT (Prothrombin time)
 - 1.2 น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือดชนิด APTT (Activated Partial Thromboplastin time)
2. **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด และใช้ประกอบกับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
3. **คุณสมบัติเฉพาะของน้ำยา**
 - 3.1 น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือดชนิด PT (Prothrombin time)
 - 3.1.1 เป็นน้ำยาครบชุดลักษณะเป็นผง ละลายด้วยน้ำกลั่น หรือน้ำยาที่นำมาในชุดเดียวกันซึ่งหลังจากละลายแล้วต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่อุณหภูมิ 4 °C
 - 3.1.2 มีค่า ISI ใกล้เคียง 1 มากที่สุด
 - 3.2 น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือดชนิด APTT (Activated Partial Thromboplastin time)
 - 3.2.1 เป็นน้ำยาครบชุดสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน (ไม่ต้องเตรียมก่อนใช้)
 - 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป , ญี่ปุ่น
4. **เงื่อนไขเฉพาะ**
 - 4.1 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.2 ผู้ขาย ต้องรับประกันคุณภาพชุดน้ำยาตรวจตลอดระยะเวลาการใช้งาน หากน้ำยาเสื่อมสภาพ ต้องนำน้ำยามาเปลี่ยนให้ใหม่ทันที
 - 4.3 น้ำยาที่จัดส่งให้ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 - 4.4 ผู้ขายต้องจัดหา เครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน 2 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - 4.4.1 เป็นเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ แบบสมบูรณ์แบบ (Fully Automate)
 - 4.4.2 ความสามารถในการตรวจวัดไม่น้อยกว่า 100 test ต่อชั่วโมง
 - 4.4.3 มีโปรแกรม แสดงหน่วยความจำในการบันทึกข้อมูล และ IQC File ในตัวเครื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบดูข้อมูลได้
 - 4.4.4 มีระบบสัญญาณ เตือน เมื่อปริมาณน้ำยาไม่พอ
 - 4.4.5 หน้าจอสั่งงานเป็นระบบสัมผัส (Touch screen)
 - 4.4.6 บริษัทต้องรับผิดชอบเชื่อมต่อ ระบบ LIS ของเครื่องตรวจวิเคราะห์ กับระบบข้อมูล ของโรงพยาบาลจนใช้งานได้
 - 4.4.7 บริษัทต้องรับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเครื่อง ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดเวลา
 - 4.4.8 หากเครื่องชำรุด บริษัทต้องจัดหาช่างชำนาญงานมาทำการซ่อมบำรุงให้เครื่องใช้งานได้ ภายใน 24 ชม.
 - 4.4.9 บริษัทต้องจัดหา Standard Plasma Control , Buffer Cleaning Solution , Cuvette ตลอดจนน้ำยา และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานตลอดอายุสัญญา โดยไม่คิดมูลค่า


อ.ดร. งามวณิช
วิไล

- 4.4.10 หากเครื่องชำรุดและซ่อมนานเกิน 1 วัน บริษัทต้องจัดหาเครื่องอัตโนมัติยี่ห้อและรุ่นเดียวกันมาสำรองให้โรงพยาบาลใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่คิดมูลค่า
- 4.4.11 บริษัทต้องจัดอบรม การใช้เครื่องแก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์จนสามารถปฏิบัติงานได้ดี
- 4.4.12 บริษัทต้องติดตั้ง เครื่องอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่อง และเครื่องสำรองไฟให้เสร็จพร้อมใช้งาน
- 4.4.13 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด
- 4.4.14 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคือเป็นอันสิ้นสุด


จาก ๖๗๘.๐๓
ไม่